

شماره: شماره

تاریخ: تاریخ

پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره ملی تجهیزات و ملزومات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی			عنوان
تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفیت مهندس تولی
--	--	--

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره کنترل کیفیت دارو

عنوان			لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی
شماره	QU-WI-13	تاریخ شروع اجراء	
شماره بازنگری	1	تاریخ اعتبار	

(Publication of titles and references of harmonised standards under Union harmonisation legislation)

ESO(1)	Reference and title of the standard (and reference document)	First publication OJ	Reference of superseded standard	Date of cessation of presumption of conformity of superseded standard Note 1
CEN	EN 285:2006+A2:2009 Sterilization - Steam sterilizers - Large sterilizers	02/12/2009	EN 285:2006+A1:2008 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN 455-1:2000 Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes	30/09/2005	EN 455-1:1993 <u>Note 2.1</u>	30/04/2001
CEN	EN 455-2:2009+A2:2013 Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties	16/05/2014	EN 455-2:2009+A1:2011 <u>Note 2.1</u>	31/10/2014
CEN	EN 455-3:2006 Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation	09/08/2007	EN 455-3:1999 <u>Note 2.1</u>	30/06/2007
CEN	EN 455-4:2009 Medical gloves for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination	07/07/2010		

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس مدیریت اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس تولی
--	--	--

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
CEN	EN 556-1:2001 Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices	31/07/2002	EN 556:1994 + A1:1998 <u>Note 2.1</u>	30/04/2002	
	EN 556-1:2001/AC:2006	15/11/2006			
CEN	EN 556-2:2003 Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices	09/08/2007			
CEN	EN 794-3:1998+A2:2009 Lung ventilators - Part 3: Particular requirements for emergency and transport ventilators	07/07/2010	EN 794-3:1998 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN 980:2008 Symbols for use in the labelling of medical devices	23/07/2008	EN 980:2003 <u>Note 2.1</u>	31/05/2010	
CEN	EN 1041:2008 Information supplied by the manufacturer of medical devices	19/02/2009	EN 1041:1998 <u>Note 2.1</u>	31/08/2011	

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس تولی

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



سازمان غذا و دارو
وزارت بهداشت و خدمات پزشکی

عنوان				
لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی				
شماره		تاریخ شروع اجراء		QU-WI-13
شماره بازنگری		تاریخ اعتبار		1
CEN	EN 1060-3:1997+A2:2009 Non-invasive sphygmomanometers - Part 3: Supplementary requirements for electro-mechanical blood pressure measuring systems	07/07/2010	EN 1060-3:1997 <u>Note 2.1</u>	31/05/2010
CEN	EN 1060-4:2004 Non-invasive sphygmomanometers - Part 4: Test procedures to determine the overall system accuracy of automated non-invasive sphygmomanometers	30/09/2005		
CEN	EN ISO 1135-4:2011 Transfusion equipment for medical use - Part 4: Transfusion sets for single use (ISO 1135-4:2010)	27/04/2012	EN ISO 1135-4:2010 <u>Note 2.1</u>	30/04/2012
CEN	EN 1282-2:2005+A1:2009 Tracheostomy tubes - Part 2: Paediatric tubes (ISO 5366- 3:2001, modified)	07/07/2010	EN 1282-2:2005 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN 1422:1997+A1:2009 Sterilizers for medical purposes - Ethylene oxide sterilizers - Requirements and test methods	02/12/2009	EN 1422:1997 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN 1618:1997 Catheters other than intravascular catheters - Test methods for common properties	09/05/1998		

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس نوری
--	--	---

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



سازمان غذا و دارو
وزارت بهداشت و درمان
جمهوری اسلامی ایران

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی				
عنوان		شماره		
		QU-WI-13		
		1		
		شماره بازنگری		
CEN	EN 1639:2009 Dentistry - Medical devices for dentistry - Instruments	07/07/2010	EN 1639:2004 Note 2.1	30/04/2010
CEN	EN 1640:2009 Dentistry - Medical devices for dentistry - Equipment	07/07/2010	EN 1640:2004 Note 2.1	30/04/2010
CEN	EN 1641:2009 Dentistry - Medical devices for dentistry - Materials	07/07/2010	EN 1641:2004 Note 2.1	30/04/2010
CEN	EN 1642:2011 Dentistry - Medical devices for dentistry - Dental implants	27/04/2012	EN 1642:2009 Note 2.1	30/04/2012
CEN	EN 1707:1996 Conical fittings with a 6 % (Luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment - Lock fittings	17/05/1997		
CEN	EN 1782:1998+A1:2009 Tracheal tubes and connectors	07/07/2010	EN 1782:1998 Note 2.1	21/03/2010
CEN	EN 1789:2007+A1:2010 Medical vehicles and their equipment - Road ambulances	18/01/2011		
CEN	EN 1820:2005+A1:2009 Anaesthetic reservoir bags (ISO 5362:2000, modified)	07/07/2010	EN 1820:2005 Note 2.1	21/03/2010
CEN	EN 1865-3:2012 Patient handling equipment used in road ambulances - Part 3: Heavy duty stretcher	30/08/2012	EN 1865:1999 Note 2.1	31/12/2012

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو محمدعلی سول دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس تالی
--	--	--

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



سازمان غذا و دارو
وزارت بهداشت و درمان

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی				
عنوان		شماره		
تاریخ شروع اجراء		QU-WI-13		
تاریخ اعتبار		1		
CEN	EN 1865-4:2012 Patient handling equipment used in road ambulances - Part 4: Foldable patient transfer chair	30/08/2012	EN 1865:1999 <u>Note 2.1</u>	31/10/2012
CEN	EN 1865-5:2012 Patient handling equipment used in road ambulances - Part 5: Stretcher support	30/08/2012	EN 1865:1999 <u>Note 2.1</u>	31/12/2012
CEN	EN 1985:1998 Walking aids - General requirements and test methods	10/08/1999		
This standard still needs to be amended to take into account the requirements introduced by Directive 2007/47/EC. The amended standard will be published by CEN as soon as possible. Manufacturers are advised to check whether all relevant Essential Requirements of the amended directive are appropriately covered.				
CEN	EN ISO 3826-2:2008 Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 2: Graphical symbols for use on labels and instruction leaflets (ISO 3826-2:2008)	19/02/2009		
CEN	EN ISO 3826-3:2007 Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 3: Blood bag systems with integrated features (ISO 3826-3:2006)	27/02/2008		

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس بوی
--	--	--

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



سازمان غذا و دارو
وزارت بهداشت و درمان
جمهوری اسلامی ایران

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
CEN	EN ISO 4074:2002 Natural latex rubber condoms - Requirements and test methods (ISO 4074:2002)	31/07/2002	EN 600:1996 <u>Note 2.1</u>	31/08/2005	
	EN ISO 4074:2002/AC:2008	02/12/2009			
CEN	EN ISO 4135:2001 Anaesthetic and respiratory equipment - Vocabulary (ISO 4135:2001)	31/07/2002	EN ISO 4135:1996 <u>Note 2.1</u>	28/02/2002	
CEN	EN ISO 5359:2008 Low-pressure hose assemblies for use with medical gases (ISO 5359:2008)	23/07/2008	EN 739:1998 <u>Note 2.1</u>	30/06/2010	
	EN ISO 5359:2008/A1:2011	30/08/2012	<u>Note 3</u>	30/06/2012	
CEN	EN ISO 5360:2009 Anaesthetic vaporizers - Agent-specific filling systems (ISO 5360:2006)	02/12/2009	EN ISO 5360:2007 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN ISO 5366-1:2009 Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheostomy tubes - Part 1: Tubes and connectors for use in adults (ISO 5366-1:2000)	02/12/2009	EN ISO 5366-1:2004 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN ISO 5840:2009 Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses (ISO 5840:2005)	02/12/2009	EN ISO 5840:2005 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر سول دیناروند	مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس بولی

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
CEN	EN ISO 7197:2009 Neurosurgical implants - Sterile, single-use hydrocephalus shunts and components (ISO 7197:2006, including Cor 1:2007)	02/12/2009	EN ISO 7197:2006 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN ISO 7376:2009 Anaesthetic and respiratory equipment - Laryngoscopes for tracheal intubation (ISO 7376:2009)	02/12/2009	EN ISO 7376:2009 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN ISO 7396-1:2007 Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum (ISO 7396-1:2007)	09/08/2007	EN 737-3:1998 <u>Note 2.1</u>	30/04/2009	
	EN ISO 7396-1:2007/A1:2010	07/07/2010	<u>Note 3</u>	31/07/2010	
	EN ISO 7396-1:2007/A2:2010	07/07/2010	<u>Note 3</u>	31/08/2010	
CEN	EN ISO 7396-2:2007 Medical gas pipeline systems - Part 2: Anaesthetic gas scavenging disposal systems (ISO 7396-2:2007)	09/08/2007	EN 737-2:1998 <u>Note 2.1</u>	30/04/2009	
CEN	EN ISO 7886-3:2009 Sterile hypodermic syringes for single use - Part 3: Auto- disable syringes for fixed-dose immunization (ISO 7886- 3:2005)	07/07/2010	EN ISO 7886-3:2005 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول سیناروند	تأیید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس بولی
--	--	---

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی				
عنوان				
شماره		QU-WI-13		تاریخ شروع اجراء
شماره بازنگری		1		تاریخ اعتبار
CEN	EN ISO 7886-4:2009 Sterile hypodermic syringes for single use - Part 4: Syringes with re-use prevention feature (ISO 7886-4:2006)	07/07/2010	EN ISO 7886-4:2006 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN ISO 8185:2009 Respiratory tract humidifiers for medical use - Particular requirements for respiratory humidification systems (ISO 8185:2007)	02/12/2009	EN ISO 8185:2007 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN ISO 8359:2009 Oxygen concentrators for medical use - Safety requirements (ISO 8359:1996)	02/12/2009	EN ISO 8359:1996 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
	EN ISO 8359:2009/A1:2012	16/01/2015	<u>Note 3</u>	31/01/2013
CEN	EN ISO 8835-2:2009 Inhalational anaesthesia systems - Part 2: Anaesthetic breathing systems (ISO 8835-2:2007)	02/12/2009	EN ISO 8835-2:2007 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN ISO 8835-3:2009 Inhalational anaesthesia systems - Part 3: Transfer and receiving systems of active anaesthetic gas scavenging systems (ISO 8835-3:2007)	02/12/2009	EN ISO 8835-3:2007 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
	EN ISO 8835-3:2009/A1:2010	13/05/2011	<u>Note 3</u>	30/04/2011

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر وکیل دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس تولی
--	--	--

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
CEN	EN ISO 8835-4:2009 Inhalational anaesthesia systems - Part 4: Anaesthetic vapour delivery devices (ISO 8835-4:2004)	02/12/2009	EN ISO 8835-4:2004 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN ISO 8835-5:2009 Inhalational anaesthesia systems - Part 5: Anaesthetic ventilators (ISO 8835-5:2004)	02/12/2009	EN ISO 8835-5:2004 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN ISO 9170-1:2008 Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 1: Terminal units for use with compressed medical gases and vacuum (ISO 9170-1:2008)	19/02/2009	EN 737-1:1998 <u>Note 2.1</u>	31/07/2010	
CEN	EN ISO 9170-2:2008 Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 2: Terminal units for anaesthetic gas scavenging systems (ISO 9170-2:2008)	19/02/2009	EN 737-4:1998 <u>Note 2.1</u>	31/07/2010	
CEN	EN ISO 9360-1:2009 Anaesthetic and respiratory equipment - Heat and moisture exchangers (HMEs) for humidifying respired gases in humans - Part 1: HMEs for use with minimum tidal volumes of 250 ml (ISO 9360-1:2000)	02/12/2009	EN ISO 9360-1:2000 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول کیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس نوری
--	--	---

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



سازمان غذا و دارو
اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
CEN	EN ISO 9360-2:2009 Anaesthetic and respiratory equipment - Heat and moisture exchangers (HMEs) for humidifying respired gases in humans - Part 2: HMEs for use with tracheostomized patients having minimum tidal volumes of 250 ml (ISO 9360-2:2001)	02/12/2009	EN ISO 9360-2:2002 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN ISO 9713:2009 Neurosurgical implants - Self-closing intracranial aneurysm clips (ISO 9713:2002)	02/12/2009	EN ISO 9713:2004 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN ISO 10079-1:2009 Medical suction equipment - Part 1: Electrically powered suction equipment - Safety requirements (ISO 10079-1:1999)	02/12/2009	EN ISO 10079-1:1999 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN ISO 10079-2:2009 Medical suction equipment - Part 2: Manually powered suction equipment (ISO 10079-2:1999)	02/12/2009	EN ISO 10079-2:1999 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN ISO 10079-3:2009 Medical suction equipment - Part 3: Suction equipment powered from a vacuum or pressure source (ISO 10079-3:1999)	02/12/2009	EN ISO 10079-3:1999 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول بدیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس لولی
---	--	--

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره تجهیزات و خدمات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
CEN	EN ISO 10328:2006 Prosthetics - Structural testing of lower-limb prostheses - Requirements and test methods (ISO 10328:2006)	09/08/2007			
This standard still needs to be amended to take into account the requirements introduced by Directive 2007/47/EC. The amended standard will be published by CEN as soon as possible. Manufacturers are advised to check whether all relevant Essential Requirements of the amended directive are appropriately covered.					
CEN	EN ISO 10524-1:2006 Pressure regulators for use with medical gases - Part 1: Pressure regulators and pressure regulators with flow-metering devices (ISO 10524-1:2006)	02/06/2006	EN 738-1:1997 <u>Note 2.1</u>	31/10/2008	
CEN	EN ISO 10524-2:2006 Pressure regulators for use with medical gases - Part 2: Manifold and line pressure regulators (ISO 10524-2:2005)	07/06/2009	EN 738-2:1998 <u>Note 2.1</u>	31/10/2008	
CEN	EN ISO 10524-3:2006 Pressure regulators for use with medical gases - Part 3: Pressure regulators integrated with cylinder valves (ISO 10524-3:2005)	07/09/2006	EN 738-3:1998 <u>Note 2.1</u>	31/10/2008	
CEN	EN ISO 10524-4:2008 Pressure regulators for use with medical gases - Part 4: Low-pressure regulators (ISO 10524-4:2008)	23/07/2008	EN 738-4:1998 <u>Note 2.1</u>	30/06/2010	

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رحمت‌الله دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محتوای اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس بولی
---	--	--

شماره: شماره

تاریخ: تاریخ

پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره تجهیزات و خدمات پزشکی

عنوان				
لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی				
شماره	QU-WI-13	تاریخ شروع اجراء		
شماره بازنگری	1	تاریخ اعتبار		
CEN	EN ISO 10535:2006 Hoists for the transfer of disabled persons - Requirements and test methods (ISO 10535:2006)	09/08/2007	EN ISO 10535:1998 <u>Note 2.1</u>	30/06/2007
This standard still needs to be amended to take into account the requirements introduced by Directive 2007/47/EC. The amended standard will be published by CEN as soon as possible. Manufacturers are advised to check whether all relevant Essential Requirements of the amended directive are appropriately covered.				
CEN	EN ISO 10555-1:2009 Sterile, single-use intravascular catheters - Part 1: General requirements (ISO 10555-1:1995, including Amd 1:1999 and Amd 2:2004)	02/12/2009	EN ISO 10555-1:1996 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN ISO 10651-2:2009 Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic safety and essential performance - Part 2: Home care ventilators for ventilator-dependent patients (ISO 10651-2:2004)	02/12/2009	EN ISO 10651-2:2004 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN ISO 10651-4:2009 Lung ventilators - Part 4: Particular requirements for operator-powered resuscitators (ISO 10651-4:2002)	02/12/2009	EN ISO 10651-4:2002 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس بوی
--	--	--

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



عنوان				
لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی				
شماره		تاریخ شروع اجراء		QU-WI-13
شماره بازنگری		تاریخ اعتبار		1
CEN	EN ISO 10651-6:2009 Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic safety and essential performance - Part 6: Home-care ventilatory support devices (ISO 10651-6:2004)	02/12/2009	EN ISO 10651-6:2004 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN ISO 10993-1:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (ISO 10993-1:2009)	02/12/2009	EN ISO 10993-1:2009 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
	EN ISO 10993-1:2009/AC:2010	18/01/2011		
CEN	EN ISO 10993-3:2014 (new) Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity (ISO 10993-3:2014)	<u>This is the first publication</u>	EN ISO 10993-3:2009 <u>Note 2.1</u>	31/12/2015
CEN	EN ISO 10993-4:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 4: Selection of tests for interactions with blood (ISO 10993-4:2002, including Amd 1:2006)	02/12/2009	EN ISO 10993-4:2002 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN ISO 10993-5:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity (ISO 10993-5:2009)	02/12/2009	EN ISO 10993-5:1999 <u>Note 2.1</u>	31/12/2009

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دریناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس نولی
---	--	--

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



سازمان غذا و دارو
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
CEN	EN ISO 10993-6:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects after implantation (ISO 10993-6:2007)	02/12/2009	EN ISO 10993-6:2007 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN ISO 10993-7:2008 Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals (ISO 10993-7:2008)	19/02/2009			
	EN ISO 10993-7:2008/AC:2009	07/07/2010			
CEN	EN ISO 10993-9:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products (ISO 10993-9:2009)	02/12/2009	EN ISO 10993-9:2009 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN ISO 10993-11:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic toxicity (ISO 10993-11:2006)	02/12/2009	EN ISO 10993-11:2006 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN ISO 10993-12:2012 Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials (ISO 10993-12:2012)	24/01/2013	EN ISO 10993-12:2009 <u>Note 2.1</u>	31/01/2013	

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس سل تولی
--	--	--

شماره: شماره

تاریخ: تاریخ

پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی

عنوان				
لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی				
شماره		QU-WI-13		تاریخ شروع اجراء
شماره بازنگری		I		تاریخ اعتبار
CEN	EN ISO 10993-13:2010 Biological evaluation of medical devices - Part 13: Identification and quantification of degradation products from polymeric medical devices (ISO 10993- 13:2010)	18/01/2011	EN ISO 10993-13:2009 <u>Note 2.1</u>	31/12/2010
CEN	EN ISO 10993-14:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 14: Identification and quantification of degradation products from ceramics (ISO 10993-14:2001)	02/12/2009	EN ISO 10993-14:2001 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN ISO 10993-15:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 15: Identification and quantification of degradation products from metals and alloys (ISO 10993-15:2000)	02/12/2009	EN ISO 10993-15:2000 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN ISO 10993-16:2010 Biological evaluation of medical devices - Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables (ISO 10993- 16:2010)	07/07/2010	EN ISO 10993-16:2009 <u>Note 2.1</u>	31/08/2010
CEN	EN ISO 10993-17:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 17: Establishment of allowable limits for leachable substances (ISO 10993-17:2002)	02/12/2009	EN ISO 10993-17:2002 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010

تصویب کننده - معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول حکیمیان	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس تولی
---	--	---

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
CEN	EN ISO 10993-18:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 18: Chemical characterization of materials (ISO 10993-18:2005)	02/12/2009	EN ISO 10993-18:2005 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN ISO 11135-1:2007 Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 11135-1:2007)	09/08/2007	EN 550:1994 <u>Note 2.1</u>	31/05/2010	
CEN	EN ISO 11137-1:2006 Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 11137-1:2006)	07/09/2006	EN 552:1994 <u>Note 2.1</u>	30/04/2009	
	EN ISO 11137-1:2006/A1:2013	16/05/2014	<u>Note 3</u>	30/11/2014	
CEN	EN ISO 11137-2:2013 Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing the sterilization dose (ISO 11137-2:2013)	16/05/2014	EN ISO 11137-2:2012 <u>Note 2.1</u>	30/11/2014	

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس نوری
--	--	---

شماره: شماره

تاریخ: تاریخ

پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی				
عنوان		شماره		
تاریخ شروع اجراء		QU-WI-13		
تاریخ اعتبار		1		
شماره بازنگری				
CEN	EN ISO 11138-2:2009 Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 2: Biological indicators for ethylene oxide sterilization processes (ISO 11138-2:2006)	02/12/2009	EN ISO 11138-2:2006 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN ISO 11138-3:2009 Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 3: Biological indicators for moist heat sterilization processes (ISO 11138-3:2006)	02/12/2009	EN ISO 11138-3:2006 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN ISO 11140-1:2009 Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 1: General requirements (ISO 11140-1:2005)	02/12/2009	EN ISO 11140-1:2005 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN ISO 11140-3:2009 Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 3: Class 2 indicator systems for use in the Bowie and Dick-type steam penetration test (ISO 11140-3:2007, including Cor 1:2007)	02/12/2009	EN ISO 11140-3:2007 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN ISO 11197:2009 Medical supply units (ISO 11197:2004)	02/12/2009	EN ISO 11197:2004 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر کریمول دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس نوری
--	--	---

شماره: شماره

تاریخ: تاریخ

پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی				
عنوان		شماره		
تاریخ شروع اجراء		QU-WI-13		
تاریخ اعتبار		1		
شماره بازنگری				
CEN	EN ISO 11607-1:2009 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (ISO 11607-1:2006)	02/12/2009	EN ISO 11607-1:2006 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN ISO 11607-2:2006 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes (ISO 11607-2:2006)	07/09/2006		
CEN	EN ISO 11737-1:2006 Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products (ISO 11737-1:2006)	07/09/2006	EN 1174-2:1996 EN 1174-1:1996 EN 1174-3:1996 <u>Note 2.1</u>	31/10/2006
	EN ISO 11737- 1:2006/AC:2009	02/12/2009		
CEN	EN ISO 11737-2:2009 Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process (ISO 11737-2:2009)	07/07/2010		

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس تولی
--	--	---

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره تجهیزات و خدمات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی			عنوان	
تاریخ شروع اجراء		QU-WI-13	شماره	
تاریخ اعتبار		1	شماره بازنگری	
CEN	EN ISO 11810-1:2009 Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers - Part 1: Primary ignition and penetration (ISO 11810-1:2005)	02/12/2009		
CEN	EN ISO 11810-2:2009 Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser-resistance of surgical drapes and/or patient-protective covers - Part 2: Secondary ignition (ISO 11810-2:2007)	02/12/2009	EN ISO 11810-2:2007 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN ISO 11979-8:2009 Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 8: Fundamental requirements (ISO 11979-8:2006)	02/12/2009	EN ISO 11979-8:2006 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN ISO 11990-1:2014 (new) Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 1: Tracheal tube shaft (ISO 11990-1:2011)	<u>This is the first publication</u>		
CEN	EN ISO 11990-2:2014 (new) Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 2: Tracheal tube cuffs (ISO 11990-2:2010)	<u>This is the first publication</u>		

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول کهناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس قوی
--	--	--

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



سازمان غذا و دارو
اداره ملی تجهیزات و ملزومات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
CEN	EN 12006-2:1998+A1:2009 Non active surgical implants - Particular requirements for cardiac and vascular implants - Part 2: Vascular prostheses including cardiac valve conduits	02/12/2009	EN 12006-2:1998 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN 12006-3:1998+A1:2009 Non active surgical implants - Particular requirements for cardiac and vascular implants - Part 3: Endovascular devices	02/12/2009	EN 12006-3:1998 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN 12183:2009 Manual wheelchairs - Requirements and test methods	07/07/2010			
CEN	EN 12184:2009 Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers - Requirements and test methods	07/07/2010			
CEN	EN 12342:1998+A1:2009 Breathing tubes intended for use with anaesthetic apparatus and ventilators	07/07/2010	EN 12342:1998 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN 12470-1:2000+A1:2009 Clinical thermometers - Part 1: Metallic liquid-in-glass thermometers with maximum device	02/12/2009	EN 12470-1:2000 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس لولی
--	--	---

شماره: شماره

تاریخ: تاریخ

پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره تجهیزات و خدمات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
CEN	EN 12470-2:2000+A1:2009 Clinical thermometers - Part 2: Phase change type (dot matrix) thermometers	02/12/2009	EN 12470-2:2000 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN 12470-3:2000+A1:2009 Clinical thermometers - Part 3: Performance of compact electrical thermometers (non-predictive and predictive) with maximum device	02/12/2009	EN 12470-3:2000 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN 12470-4:2000+A1:2009 Clinical thermometers - Part 4: Performance of electrical thermometers for continuous measurement	02/12/2009	EN 12470-4:2000 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN 12470-5:2003 Clinical thermometers - Part 5: Performance of infra-red ear thermometers (with maximum device)	07/11/2003			
This standard still needs to be amended to take into account the requirements introduced by Directive 2007/47/EC. The amended standard will be published by CEN as soon as possible. Manufacturers are advised to check whether all relevant Essential Requirements of the amended directive are appropriately covered.					
CEN	EN ISO 12870:2009 Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods (ISO 12870:2004)	02/12/2009	EN ISO 12870:2004 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN 13060:2014 (new) Small steam sterilizers	<u>This is the first publication</u>	EN 13060:2004+A2:2010 <u>Note 2.1</u>	31/12/2015	

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر کرکسول دیناروند	تأیید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محتوای اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس بولی
--	--	--

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



سازمان غذا و دارو
وزارت بهداشت و درمان
و آموزش پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی				
عنوان		شماره		
تاریخ شروع اجراء		QU-WI-13		
تاریخ اعتبار		1		
شماره بازنگری				
CEN	EN ISO 13408-1:2011 Aseptic processing of health care products - Part 1: General requirements (ISO 13408-1:2008)	19/08/2011	EN 13824:2004 <u>Note 2.1</u>	31/12/2011
	EN ISO 13408-1:2011/A1:2013	16/05/2014	<u>Note 3</u>	30/11/2014
CEN	EN ISO 13408-2:2011 Aseptic processing of health care products - Part 2: Filtration (ISO 13408-2:2003)	19/08/2011	EN 13824:2004 <u>Note 2.1</u>	31/12/2011
CEN	EN ISO 13408-3:2011 Aseptic processing of health care products - Part 3: Lyophilization (ISO 13408-3:2006)	19/08/2011	EN 13824:2004 <u>Note 2.1</u>	31/12/2011
CEN	EN ISO 13408-4:2011 Aseptic processing of health care products - Part 4: Clean-in-place technologies (ISO 13408-4:2005)	19/08/2011	EN 13824:2004 <u>Note 2.1</u>	31/12/2011
CEN	EN ISO 13408-5:2011 Aseptic processing of health care products - Part 5: Sterilization in place (ISO 13408-5:2006)	19/08/2011	EN 13824:2004 <u>Note 2.1</u>	31/12/2011
CEN	EN ISO 13408-6:2011 Aseptic processing of health care products - Part 6: Isolator systems (ISO 13408-6:2005)	19/08/2011	EN 13824:2004 <u>Note 2.1</u>	31/12/2011

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	رئیس محتوای اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس توفی

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
CEN	EN ISO 13485:2012 Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003)	30/08/2012	EN ISO 13485:2003 <u>Note 2.1</u>	31/08/2012	
	EN ISO 13485:2012/AC:2012	30/08/2012			
CEN	EN 13544-1:2007+A1:2009 Respiratory therapy equipment - Part 1: Nebulizing systems and their components	07/07/2010	EN 13544-1:2007 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN 13544-2:2002+A1:2009 Respiratory therapy equipment - Part 2: Tubing and connectors	07/07/2010	EN 13544-2:2002 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN 13544-3:2001+A1:2009 Respiratory therapy equipment - Part 3: Air entrainment devices	07/07/2010	EN 13544-3:2001 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN 13624:2003 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal activity of chemical disinfectants for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1)	30/09/2005			

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر کریم الله دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید کنترل کیفی مهندس نوری
---	--	---

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



سازمان غذا و دارو
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی				
عنوان		شماره		
تاریخ شروع اجراء		QU-WI-13		
تاریخ اعتبار		1		
شماره بازنگری				
CEN	EN 13718-1:2008 Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances	19/02/2009	EN 13718-1:2002 <u>Note 2.1</u>	28/02/2009
CEN	EN 13718-2:2015 (new) Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 2: Operational and technical requirements for air ambulances	<u>This is the first publication</u>		
CEN	EN 13726-1:2002 Test methods for primary wound dressings - Part 1: Aspects of absorbency	27/03/2003		
	EN 13726-1:2002/AC:2003	02/12/2009		
CEN	EN 13726-2:2002 Test methods for primary wound dressings - Part 2: Moisture vapour transmission rate of permeable film dressings	27/03/2003		
CEN	EN 13727:2012 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1)	30/08/2012	EN 13727:2003 <u>Note 2.1</u>	30/11/2012

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر حسنیه کیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس تولی
---	--	--

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
CEN	EN 13867:2002+A1:2009 Concentrates for haemodialysis and related therapies	02/12/2009	EN 13867:2002 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN 13976-1:2011 Rescue systems - Transportation of incubators - Part 1: Interface conditions	19/08/2011	EN 13976-1:2003 <u>Note 2.1</u>	30/11/2011	
CEN	EN 13976-2:2011 Rescue systems - Transportation of incubators - Part 2: System requirements	19/08/2011	EN 13976-2:2003 <u>Note 2.1</u>	30/11/2011	
CEN	EN 14079:2003 Non-active medical devices - Performance requirements and test methods for absorbent cotton gauze and absorbent cotton and viscose gauze	30/09/2005			
CEN	EN 14139:2010 Ophthalmic optics - Specifications for ready-to- wear spectacles	18/01/2011			
CEN	EN ISO 14155:2011 Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice (ISO 14155:2011)	27/04/2012	EN ISO 14155:2011 <u>Note 2.1</u>	30/04/2012	

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول کیشاروند	تأیید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس نوبی
--	--	---

شماره: شماره

تاریخ: تاریخ

پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
CEN	EN 14180:2003+A2:2009 Sterilizers for medical purposes - Low temperature steam and formaldehyde sterilizers - Requirements and testing	07/07/2010	EN 14180:2003+A1:2009 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN 14348:2005 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants in the medical area including instrument disinfectants - Test methods and requirements (phase 2, step 1)	30/09/2005			
CEN	EN ISO 14408:2009 Tracheal tubes designed for laser surgery - Requirements for marking and accompanying information (ISO 14408:2005)	02/12/2009	EN ISO 14408:2005 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN 14561:2006 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of bactericidal activity for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)	15/11/2006			

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس مولی
---	--	---

شماره: شماره

تاریخ: تاریخ

پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره کل تجهیزات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
CEN	EN 14562:2006 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)	15/11/2006			
CEN	EN 14563:2008 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of mycobactericidal or tuberculocidal activity of chemical disinfectants used for instruments in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)	19/02/2009			
CEN	EN ISO 14602:2011 Non-active surgical implants - Implants for osteosynthesis - Particular requirements (ISO 14602:2010)	27/04/2012	EN ISO 14602:2010 <u>Note 2.1</u>	30/04/2012	
CEN	EN ISO 14607:2009 Non-active surgical implants - Mammary implants - Particular requirements (ISO 14607:2007)	02/12/2009	EN ISO 14607:2007 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN ISO 14630:2009 Non-active surgical implants - General requirements (ISO 14630:2008)	02/12/2009	EN ISO 14630:2008 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رحمتی دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس تنولی
---	--	--

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



سازمان غذا و دارو
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
CEN	EN 14683:2005 Surgical masks - Requirements and test methods	02/06/2006			
CEN	EN ISO 14889:2009 Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Fundamental requirements for uncut finished lenses (ISO 14889:2003)	02/12/2009	EN ISO 14889:2003 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN 14931:2006 Pressure vessels for human occupancy (PVHO) - Multi- place pressure chamber systems for hyperbaric therapy - Performance, safety requirements and testing	15/11/2006			
CEN	EN ISO 14937:2009 Sterilization of health care products - General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 14937:2009)	07/07/2010	EN ISO 14937:2000 <u>Note 2.1</u>	30/04/2010	
CEN	EN ISO 14971:2012 Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2007, Corrected version 2007-10-01)	30/08/2012	EN ISO 14971:2009 <u>Note 2.1</u>	30/08/2012	

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر سید علی بنیادیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس بولی
---	--	---

شماره: شماره

تاریخ: تاریخ

پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره ملی تجهیزات و خدمات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی				عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری
CEN	EN ISO 15001:2011 Anaesthetic and respiratory equipment - Compatibility with oxygen (ISO 15001:2010)	27/04/2012	EN ISO 15001:2010 <u>Note 2.1</u>	30/04/2012
CEN	EN ISO 15002:2008 Flow-metering devices for connection to terminal units of medical gas pipeline systems (ISO 15002:2008)	19/02/2009	EN 13220:1998 <u>Note 2.1</u>	31/07/2010
CEN	EN ISO 15004-1:2009 Ophthalmic instruments - Fundamental requirements and test methods - Part 1: General requirements applicable to all ophthalmic instruments (ISO 15004- 1:2006)	02/12/2009	EN ISO 15004-1:2006 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN ISO 15747:2011 Plastic containers for intravenous injections (ISO 15747:2010)	27/04/2012	EN ISO 15747:2010 <u>Note 2.1</u>	30/04/2012
CEN	EN ISO 15798:2010 Ophthalmic implants - Ophthalmic viscosurgical devices (ISO 15798:2010)	07/07/2010		
CEN	EN ISO 15883-1:2009 Washer-disinfectors - Part 1: General requirements, terms and definitions and tests (ISO 15883-1:2006)	02/12/2009	EN ISO 15883-1:2006 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفتوی	رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس نوبلی

شماره: شماره

تاریخ: تاریخ

پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره کل تجهیزات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
CEN	EN ISO 15883-2:2009 Washer-disinfectors - Part 2: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for surgical instruments, anaesthetic equipment, bowls, dishes, receivers, utensils, glassware, etc. (ISO 15883- 2:2006)	02/12/2009	EN ISO 15883-2:2006 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN ISO 15883-3:2009 Washer-disinfectors - Part 3: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for human waste containers (ISO 15883-3:2006)	02/12/2009	EN ISO 15883-3:2006 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN ISO 15883-4:2009 Washer-disinfectors - Part 4: Requirements and tests for washer-disinfectors employing chemical disinfection for thermolabile endoscopes (ISO 15883-4:2008)	02/12/2009	EN ISO 15883-4:2008 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN 15986:2011 Symbol for use in the labelling of medical devices - Requirements for labelling of medical devices containing phthalates	13/05/2011			

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول کیمیاوند	مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس تولی

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



سازمان غذا و دارو
اداره ملی تجهیزات و ملزومات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
CEN	EN ISO 16061:2009 Instrumentation for use in association with non-active surgical implants - General requirements (ISO 16061:2008, Corrected version 2009-03-15)	07/07/2010	EN ISO 16061:2008 <u>Note 2.1</u>	28/02/2010	
CEN	EN ISO 16201:2006 Technical aids for disabled persons - Environmental control systems for daily living (ISO 16201:2006)	19/02/2009			
CEN	EN ISO 17510-1:2009 Sleep apnoea breathing therapy - Part 1: Sleep apnoea breathing therapy equipment (ISO 17510-1:2007)	02/12/2009	EN ISO 17510-1:2007 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN ISO 17510-2:2009 Sleep apnoea breathing therapy - Part 2: Masks and application accessories (ISO 17510-2:2007)	02/12/2009	EN ISO 17510-2:2007 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	
CEN	EN ISO 17664:2004 Sterilization of medical devices - Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices (ISO 17664:2004)	30/09/2005			

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس توانی
--	--	---

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی				
عنوان		شماره		شماره بازنگری
تاریخ شروع اجراء		QU-WI-13		1
تاریخ اعتبار				
CEN	EN ISO 17665-1:2006 Sterilization of health care products - Moist heat - Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 17665-1:2006)	15/11/2006	EN 554:1994 <u>Note 2.1</u>	31/08/2009
CEN	EN ISO 18777:2009 Transportable liquid oxygen systems for medical use - Particular requirements (ISO 18777:2005)	02/12/2009	EN ISO 18777:2005 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN ISO 18778:2009 Respiratory equipment - Infant monitors - Particular requirements (ISO 18778:2005)	02/12/2009	EN ISO 18778:2005 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN ISO 18779:2005 Medical devices for conserving oxygen and oxygen mixtures - Particular requirements (ISO 18779:2005)	30/09/2005		
CEN	EN ISO 19054:2006 Rail systems for supporting medical equipment (ISO 19054:2005)	07/09/2006	EN 12218:1998 <u>Note 2.1</u>	30/06/2008

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر محمدعلی دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید کنترل کیفی مهندس بولی
---	--	--

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
CEN	EN 20594-1:1993 Conical fittings with a 6% (Luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment - Part 1: General requirements (ISO 594-1:1986)	18/11/1995			
	EN 20594-1:1993/A1:1997	10/08/1999	Note 3	31/05/1998	
	EN 20594-1:1993/AC:1996	02/12/2009			
CEN	EN ISO 21534:2009 Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Particular requirements (ISO 21534:2007)	02/12/2009	EN ISO 21534:2007 Note 2.1	21/03/2010	
CEN	EN ISO 21535:2009 Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific requirements for hip-joint replacement implants (ISO 21535:2007)	02/12/2009	EN ISO 21535:2007 Note 2.1	21/03/2010	
CEN	EN ISO 21536:2009 Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific requirements for knee-joint replacement implants (ISO 21536:2007)	02/12/2009	EN ISO 21536:2007 Note 2.1	21/03/2010	
CEN	EN ISO 21649:2009 Needle-free injectors for medical use - Requirements and test methods (ISO 21649:2006)	07/07/2010	EN ISO 21649:2006 Note 2.1	21/03/2010	

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس نوری
--	--	--

شماره: شماره

تاریخ: تاریخ

پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره کل تجهیزات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
CEN	EN ISO 21969:2009 High-pressure flexible connections for use with medical gas systems (ISO 21969:2009)	07/07/2010	EN ISO 21969:2006 <u>Note 2.1</u>	31/05/2010	
CEN	EN ISO 21987:2009 Ophthalmic optics - Mounted spectacle lenses (ISO 21987:2009)	07/07/2010			
CEN	EN ISO 22442-1:2007 Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 1: Application of risk management (ISO 22442-1:2007)	27/02/2008	EN 12442-1:2000 <u>Note 2.1</u>	30/06/2008	
CEN	EN ISO 22442-2:2007 Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 2: Controls on sourcing, collection and handling (ISO 22442-2:2007)	27/02/2008	EN 12442-2:2000 <u>Note 2.1</u>	30/06/2008	
CEN	EN ISO 22442-3:2007 Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 3: Validation of the elimination and/or inactivation of viruses and transmissible spongiform encephalopathy (TSE) agents (ISO 22442-3:2007)	27/02/2008	EN 12442-3:2000 <u>Note 2.1</u>	30/06/2008	

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس آتولی
--	--	---

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
CEN	EN ISO 22523:2006 External limb prostheses and external orthoses - Requirements and test methods (ISO 22523:2006)	09/08/2007	EN 12523:1999 <u>Note 2.1</u>	30/04/2007	
This standard still needs to be amended to take into account the requirements introduced by Directive 2007/47/EC. The amended standard will be published by CEN as soon as possible. Manufacturers are advised to check whether all relevant Essential Requirements of the amended directive are appropriately covered.					
CEN	EN ISO 22675:2006 Prosthetics - Testing of ankle-foot devices and foot units - Requirements and test methods (ISO 22675:2006)	09/08/2007			
This standard still needs to be amended to take into account the requirements introduced by Directive 2007/47/EC. The amended standard will be published by CEN as soon as possible. Manufacturers are advised to check whether all relevant Essential Requirements of the amended directive are appropriately covered.					
CEN	EN ISO 23328-1:2008 Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use - Part 1: Salt test method to assess filtration performance (ISO 23328-1:2003)	19/02/2009	EN 13328-1:2001 <u>Note 2.1</u>	30/09/2008	
CEN	EN ISO 23328-2:2009 Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use - Part 2: Non-filtration aspects (ISO 23328-2:2002)	02/12/2009	EN ISO 23328-2:2008 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010	

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس تویلی
--	--	--

شماره: شماره

تاریخ: تاریخ

پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره ملی تجهیزات پزشکی

عنوان				
لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی				
شماره		QU-WI-13		تاریخ شروع اجراء
شماره بازنگری		1		تاریخ اعتبار
CEN	EN ISO 23747:2009 Anaesthetic and respiratory equipment - Peak expiratory flow meters for the assessment of pulmonary function in spontaneously breathing humans (ISO 23747:2007)	02/12/2009	EN ISO 23747:2007 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
CEN	EN ISO 25539-1:2009 Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 1: Endovascular prostheses (ISO 25539-1:2003 including Amd 1:2005)	02/12/2009	EN ISO 25539-1:2008 EN 12006-3:1998+A1:2009 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
	EN ISO 25539-1:2009/AC:2011	30/08/2012		
CEN	EN ISO 25539-2:2009 Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 2: Vascular stents (ISO 25539-2:2008)	02/12/2009	EN ISO 25539-2:2008 EN 12006-3:1998+A1:2009 <u>Note 2.1</u>	21/03/2010
	EN ISO 25539-2:2009/AC:2011	30/08/2012		
CEN	EN ISO 26782:2009 Anaesthetic and respiratory equipment - Spirometers intended for the measurement of time forced expired volumes in humans (ISO 26782:2009)	07/07/2010		
	EN ISO 26782:2009/AC:2009	07/07/2010		

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندسی پزشکی	مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر محمدحسین دیکهاروند

شماره: شماره

تاریخ: تاریخ

پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
CEN	EN 27740:1992 Instruments for surgery, scalpels with detachable blades, fitting dimensions (ISO 7740:1985)	18/11/1995			
	EN 27740:1992/A1:1997	10/08/1999	Note 3	31/05/1998	
	EN 27740:1992/AC:1996	02/12/2009			
CEN	EN ISO 81060-1:2012 Non-invasive sphygmomanometers - Part 1: Requirements and test methods for non-automated measurement type (ISO 81060-1:2007)	30/08/2012	EN 1060- 2:1995+A1:2009 EN 1060- 1:1995+A2:2009 Note 2.1	31/05/2015	
Cenelec	EN 60118-13:2005 Electroacoustics - Hearing aids -- Part 13: Electromagnetic compatibility (EMC)<="" p="">	19/01/2006	EN 60118-13:1997 Note 2.1	01/02/2008	
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.					
Cenelec	EN 60522:1999 Determination of the permanent filtration of X-ray tube assemblies<="" p="">	14/11/2001			
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.					
Cenelec	EN 60580:2000 Medical electrical equipment - Dose area product meters<="" p="">	13/12/2002			

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس تری
--	--	--

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



سازمان غذا و دارو
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی
IFDA

عنوان			لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی
شماره	QU-WI-13	تاریخ شروع اجراء	
شماره بازنگری	1	تاریخ اعتبار	

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

Cenelec	EN 60601-1:2006 Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance<="" p="">	27/11/2008	EN 60601-1:1990# + A11:1993# + A12:1993# + A13:1996# + A1:1993# + A2:1995 EN 60601-1-4:1996# + A1:1999 EN 60601-1-1:2001 <u>Note 2.1</u>	01/06/2012
	EN 60601-1:2006/AC:2010	18/01/2011		
	EN 60601-1:2006/A1:2013 IEC 60601-1:2005/A1:2012	16/05/2014	<u>Note 3</u>	31/12/2017

Addendum to Note 1 and Note 3 concerning dates of cessation of presumption of conformity when applying EN 60601-1:2006. The date of cessation of presumption of conformity when applying EN 60601-1:2006 is 31/12/2017. However the Annex ZZ to EN 60601-1:2006 ceases to specify the presumption of conformity with the Essential Requirements of Directive 93/42/EEC on 31/12/2015. As from 01/01/2016, only the clauses and sub-clauses of EN 60601-1:2006 corresponding to the clauses and sub-clauses referred to in Annex ZZ to EN 60601-1:2006/A1:2013 provide presumption of conformity with the Essential Requirements of Directive 93/42/EEC, to the extent indicated in the Annex ZZ to EN 60601-1:2006/A1:2013.

Cenelec	EN 60601-1-1:2001 Medical electrical equipment - Part 1-1: General requirements for safety - Collateral standard: Safety requirements for medical electrical systems<="" p="">	14/11/2001	EN 60601-1-1:1993 + A1:1996 <u>Note 2.1</u>	01/11/2003
---------	--	------------	---	------------

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس نوری	مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول سناروند

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



سازمان غذا و دارو
اداره ملی تجهیزات و ملزومات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
Cenelec	EN 60601-1-2:2007 Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests<="" p="">	27/11/2008	EN 60601-1-2:2001 + A1:2006	01/06/2012	
	EN 60601-1-2:2007/AC:2010	18/01/2011			
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.					
Cenelec	EN 60601-1-3:2008 Medical electrical equipment - Part 1-3: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Radiation protection in diagnostic X-ray equipment<="" p="">	27/11/2008	EN 60601-1-3:1994 <u>Note 2.1</u>	01/06/2012	
	EN 60601-1-3:2008/AC:2010	18/01/2011			
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.					
Cenelec	EN 60601-1-4:1996 Medical electrical equipment - Part 1-4: General requirements for safety - Collateral standard: Programmable electrical medical systems<="" p="">	08/11/1997			
	EN 60601-1-4:1996/A1:1999 IEC 60601-1-4:1996/A1:1999	08/11/1997	<u>Note 3</u>	01/12/2002	

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول کیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس بولی
--	--	---

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



سازمان غذا و دارو
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی			عنوان
شماره	QU-WI-13	تاریخ شروع اجراء	
شماره بازنگری	1	تاریخ اعتبار	

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

Cenelec	EN 60601-1-6:2010 Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Usability<="" p="">	18/01/2011	EN 60601-1-6:2007 <u>Note 2.1</u>	01/04/2013
---------	---	------------	--	------------

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

Cenelec	EN 60601-1-8:2007 Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems<="" p="">	27/11/2008	EN 60601-1-8:2004 + A1:2006 <u>Note 2.1</u>	01/06/2012
	EN 60601-1-8:2007/AC:2010	18/01/2011		

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر سید علی حسینی	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس تولی
--	--	---

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



سازمان غذا و دارو
اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی			عنوان	
تاریخ شروع اجراء		QU-WI-13	شماره	
تاریخ اعتبار		1	شماره بازنگری	
Cenelec	EN 60601-1-10:2008 Medical electrical equipment - Part 1-10: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for the development of physiologic closed-loop controllers<="" p="">	27/11/2008		
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.				
Cenelec	EN 60601-1-11:2010 Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment<="" p="">	18/01/2011		
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.				
Cenelec	EN 60601-2-1:1998 Medical electrical equipment - Part 2-1: Particular requirements for the safety of electron accelerators in the range of 1 MeV to 50 MeV<="" p="">	14/11/2001		
	EN 60601-2-1:1998/A1:2002 IEC 60601-2-1:1998/A1:2002	13/12/2002	Note 3	01/06/2005

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس تولی
--	--	---

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی			عنوان
تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

Cenelec	EN 60601-2-2:2009 Medical electrical equipment - Part 2-2: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high frequency surgical equipment and high frequency surgical accessories<="" p="">	07/07/2010	EN 60601-2-2:2007 <u>Note 2.1</u>	01/04/2012
---------	--	------------	--------------------------------------	------------

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

Cenelec	EN 60601-2-3:1993 Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of short-wave therapy equipment<="" p="">	18/11/1995		
	EN 60601-2-3:1993/A1:1998 IEC 60601-2-3:1991/A1:1998	18/11/1995	<u>Note 3</u>	01/07/2001

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

Cenelec	EN 60601-2-4:2003 Medical electrical equipment - - Part 2-4: Particular requirements for the safety of cardiac defibrillators<="" p="">	15/10/2003		
---------	---	------------	--	--

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول همناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس توحیدی
--	--	---

شماره: شماره

تاریخ: تاریخ

پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی

عنوان		لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی	
شماره	QU-WI-13	تاریخ شروع اجراء	
شماره بازنگری	1	تاریخ اعتبار	
Cenelec	EN 60601-2-5:2000 Medical electrical equipment - Part 2-5: Particular requirements for the safety of ultrasonic physiotherapy equipment<="" p="">	13/12/2002	
(*) : This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.			
Cenelec	EN 60601-2-8:1997 Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of therapeutic X-ray equipment operating in the range 10 kV to 1 MV<="" p="">	14/11/2001	
	EN 60601-2-8:1997/A1:1997 IEC 60601-2-8:1987/A1:1997	14/11/2001	Note 3 01/07/1998
(*) : This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.			
Cenelec	EN 60601-2-10:2000 Medical electrical equipment - Part 2-10: Particular requirements for the safety of nerve and muscle stimulators<="" p="">	13/12/2002	
	EN 60601-2-10:2000/A1:2001 IEC 60601-2-10:1987/A1:2001	13/12/2002	Note 3 01/11/2004
(*) : This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.			

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	تأیید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم ادا لظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس تولی
--	--	---

شماره: شماره

تاریخ: تاریخ

پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره تجهیزات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
Cenelec	EN 60601-2-11:1997 Medical electrical equipment - Part 2-11: Particular requirements for the safety of gamma beam therapy equipment<="" p="">	09/10/1999			
	EN 60601-2-11:1997/A1:2004 IEC 60601-2-11:1997/A1:2004	09/10/1999	Note 3	01/09/2007	
(*) : This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.					
Cenelec	EN 60601-2-12:2006 Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for the safety of lung ventilators - Critical care ventilators<="" p="">	22/12/2007			
(*) : This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.					
Cenelec	EN 60601-2-13:2006 Medical electrical equipment - Part 2-13: Particular requirements for the safety and essential performance of anaesthetic systems<="" p="">	22/12/2007			
	EN 60601-2-13:2006/A1:2007 IEC 60601-2-13:2003/A1:2006	22/12/2007	Note 3	01/03/2010	
(*) : This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.					

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول درباروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس توفیق
--	--	--

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



سازمان غذا و دارو
اداره تجهیزات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
Cenelec	EN 60601-2-16:1998 Medical electrical equipment - Part 2-16: Particular requirements for the safety of haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration equipment<="" p="">	09/10/1999			
	EN 60601-2-16:1998/AC:1999	18/01/2011			
(*) : This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.					
Cenelec	EN 60601-2-17:2004 Medical electrical equipment - Part 2-17: Particular requirements for the safety of automatically-controlled brachytherapy afterloading equipment<="" p="">	08/11/2005	EN 60601-2-17:1996 + A1:1996 <u>Note 2.1</u>	01/03/2007	
(*) : This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.					
Cenelec	EN 60601-2-18:1996 Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of endoscopic equipment<="" p="">	09/10/1999			
	EN 60601-2-18:1996/A1:2000 IEC 60601-2-18:1996/A1:2000	09/10/1999	<u>Note 3</u>	01/08/2003	
(*) : This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.					

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دهنروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس تولی
---	--	---

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



سازمان غذا و دارو
اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی				
عنوان		شماره		
		QU-WI-13		
		1		
		شماره بازنگری		
Cenelec	EN 60601-2-19:2009 Medical electrical equipment - Part 2-19: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant incubators<="" p="">	07/07/2010	EN 60601-2-19:1996 + A1:1996 <u>Note 2.1</u>	01/04/2012
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.				
Cenelec	EN 60601-2-20:2009 Medical electrical equipment - Part 2-20: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant transport incubators<="" p="">	18/01/2011	EN 60601-2-20:1996 <u>Note 2.1</u>	01/09/2012
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.				
Cenelec	EN 60601-2-21:2009 Medical electrical equipment - Part 2-21: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant radiant warmers<="" p="">	07/07/2010	EN 60601-2-21:1994 + A1:1996 <u>Note 2.1</u>	01/04/2012
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.				
Cenelec	EN 60601-2-22:1996 Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of diagnostic and therapeutic laser equipment<="" p="">	17/05/1997		

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول مهرپوروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس توانی
---	--	--

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی			عنوان
شماره	QU-WI-13	تاریخ شروع اجراء	
شماره بازنگری	1	تاریخ اعتبار	

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

Cenelec	EN 60601-2-23:2000 Medical electrical equipment - Part 2-23: Particular requirements for the safety, including essential performance, of transcutaneous partial pressure monitoring equipment<="" p="">	14/11/2001	EN 60601-2-23:1997 <u>Note 2.1</u>	01/01/2003
---------	---	------------	---	------------

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

Cenelec	EN 60601-2-24:1998 Medical electrical equipment - Part 2-24: Particular requirements for the safety of infusion pumps and controllers<="" p="">	09/10/1999		
---------	--	------------	--	--

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

Cenelec	EN 60601-2-25:1995 Medical electrical equipment - Part 2-25: Particular requirements for the safety of electrocardiographs<="" p="">	17/05/1997		
	EN 60601-2-25:1995/A1:1999 IEC 60601-2-25:1993/A1:1999	13/12/2002	<u>Note 3</u>	01/05/2002

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول خیاروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس نوری
---	--	---

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



سازمان غذا و دارو
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی

عنوان				
لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی				
شماره		QU-WI-13		تاریخ شروع اجراء
شماره بازنگری		1		تاریخ اعتبار
Cenelec	EN 60601-2-26:2003 Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular requirements for the safety of electroencephalographs<="" p="">	08/11/2005	EN 60601-2-26:1994 <u>Note 2.1</u>	01/03/2006
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.				
Cenelec	EN 60601-2-27:2006 Medical electrical equipment - Part 2-27: Particular requirements for the safety, including essential performance, of electrocardiographic monitoring equipment<="" p="">	26/07/2006	EN 60601-2-27:1994 <u>Note 2.1</u>	01/11/2008
	EN 60601-2-27:2006/AC:2006	18/01/2011		
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.				
Cenelec	EN 60601-2-28:2010 Medical electrical equipment - Part 2-28: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray tube assemblies for medical diagnosis<="" p="">	18/01/2011	EN 60601-2-28:1993 <u>Note 2.1</u>	01/04/2013
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.				

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول پناوند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس افشاری
--	--	---

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
Cenelec	EN 60601-2-29:2008 Medical electrical equipment - Part 2-29: Particular requirements for the basic safety and essential performance of radiotherapy simulators<="" p="">	15/07/2009	EN 60601-2-29:1999 <u>Note 2.1</u>	01/11/2011	
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.					
Cenelec	EN 60601-2-30:2000 Medical electrical equipment - - Part 2-30: Particular requirements for the safety, including essential performance, of automatic cycling non-invasive blood pressure monitoring equipment<="" p="">	14/11/2001	EN 60601-2-30:1995 <u>Note 2.1</u>	01/02/2003	
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.					
Cenelec	EN 60601-2-33:2002 Medical electrical equipment - - Part 2-33: Particular requirements for the safety of magnetic resonance equipment for medical diagnosis<="" p="">	15/10/2003	EN 60601-2-33:1995 + A11:1997 <u>Note 2.1</u>	01/07/2005	
	EN 60601-2-33:2002/A1:2005 IEC 60601-2-33:2002/A1:2005	27/07/2006	<u>Note 3</u>	01/11/2008	
	EN 60601-2-33:2002/A2:2008 IEC 60601-2-33:2002/A2:2007	27/11/2008	<u>Note 3</u>	01/02/2011	
	EN 60601-2- 33:2002/A2:2008/AC:2008	30/08/2012			

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول بناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس مولی
---	--	---

شماره: شماره

تاریخ: تاریخ

پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره ملی تجهیزات و ملزومات پزشکی

عنوان			لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی
شماره	QU-WI-13	تاریخ شروع اجراء	
شماره بازنگری	1	تاریخ اعتبار	

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

Cenelec	EN 60601-2-34:2000 Medical electrical equipment - Part 2-34: Particular requirements for the safety, including essential performance, of invasive blood pressure monitoring equipment<="" p="">	15/10/2003	EN 60601-2-34:1995 <u>Note 2.1</u>	01/11/2003
---------	--	------------	---	------------

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

Cenelec	EN 60601-2-36:1997 Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of equipment for extracorporeally induced lithotripsy<="" p="">	09/10/1999		
---------	--	------------	--	--

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

Cenelec	EN 60601-2-37:2008 Medical electrical equipment - Part 2-37: Particular requirements for the basic safety and essential performance of ultrasonic medical diagnostic and monitoring equipment<="" p="">	27/11/2008	EN 60601-2-37:2001 + A1:2005 + A2:2005 <u>Note 2.1</u>	01/10/2010
---------	--	------------	---	------------

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفتوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس نبوی
--	---	---

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
Cenelec	EN 60601-2-39:2008 Medical electrical equipment - Part 2-39: Particular requirements for basic safety and essential performance of peritoneal dialysis equipment<="" p="">	27/11/2008	EN 60601-2-39:1999 <u>Note 2.1</u>	01/03/2011	
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.					
Cenelec	EN 60601-2-40:1998 Medical electrical equipment - Part 2-40: Particular requirements for the safety of electromyographs and evoked response equipment<="" p="">	09/10/1999			
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.					
Cenelec	EN 60601-2-41:2009 Medical electrical equipment - Part 2-41: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical luminaires and luminaires for diagnosis<="" p="">	18/01/2011	EN 60601-2-41:2000 <u>Note 2.1</u>	01/11/2012	
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.					

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس لیلی

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی					عنوان
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره	
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری	
Cenelec	EN 60601-2-43:2010 Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular requirements for basic safety and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures<="" p="">	18/01/2011	EN 60601-2-43:2000 <u>Note 2.1</u>	01/06/2013	
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.					
Cenelec	EN 60601-2-44:2009 Medical electrical equipment - Part 2-44: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for computed tomography<="" p="">	07/07/2010	EN 60601-2-44:2001 + A1:2003 <u>Note 2.1</u>	01/05/2012	
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.					
Cenelec	EN 60601-2-45:2001 Medical electrical equipment - - Part 2-45: Particular requirements for the safety of mammographic X-ray equipment and mammographic stereotactic devices<="" p="">	14/11/2001	EN 60601-2-45:1998 <u>Note 2.1</u>	01/07/2004	
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.					

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس تولی
--	--	---

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



عنوان				
لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی				
شماره		QU-WI-13		تاریخ شروع اجراء
شماره بازنگری		1		تاریخ اعتبار
Cenelec	EN 60601-2-46:1998 Medical electrical equipment - - Part 2-46: Particular requirements for the safety of operating tables<="" p="">	14/11/2001		
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.				
Cenelec	EN 60601-2-47:2001 Medical electrical equipment - Part 2-47: Particular requirements for the safety, including essential performance, of ambulatory electrocardiographic systems<="" p="">	13/12/2002		
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.				
Cenelec	EN 60601-2-49:2001 Medical electrical equipment - Part 2-49: Particular requirements for the safety of multifunction patient monitoring equipment<="" p="">	13/12/2002		
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.				
Cenelec	EN 60601-2-50:2009 Medical electrical equipment - Part 2-50: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant phototherapy equipment<="" p="">	07/07/2010	EN 60601-2-50:2002 <u>Note 2.1</u>	01/05/2012

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر محمدرضا دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس لوی
---	--	--

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره ملی تجهیزات و مواد پزشکی

عنوان			لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی
شماره	QU-WI-13	تاریخ شروع اجراء	
شماره بازنگری	1	تاریخ اعتبار	

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

Cenelec	EN 60601-2-51:2003 Medical electrical equipment - Part 2-51: Particular requirements for safety, including essential performance, of recording and analysing single channel and multichannel electrocardiographs<="" p="">	24/06/2004		
---------	---	------------	--	--

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

Cenelec	EN 60601-2-52:2010 Medical electrical equipment - Part 2-52: Particular requirements for basic safety and essential performance of medical beds (IEC 60601-2- 52:2009)	13/05/2011	EN 1970:2000# + A1:2005 EN 60601-2-38:1996# + A1:2000	01/06/2012
	EN 60601-2-52:2010/AC:2011	30/08/2012		

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

Cenelec	EN 60601-2-54:2009 Medical electrical equipment - Part 2-54: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy<="" p="">	18/01/2011	EN 60601-2-28:1993 EN 60601-2-32:1994 EN 60601-2-7:1998	01/08/2012
---------	---	------------	---	------------

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول خیماروند	مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس نوری

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی

عنوان			لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی
شماره	QU-WI-13	تاریخ شروع اجراء	
شماره بازنگری	1	تاریخ اعتبار	

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

Cenelec	EN 60627:2001 Diagnostic X-ray imaging equipment - Characteristics of general purpose and mammographic anti-scatter grids<="" p="">	13/12/2002		
	EN 60627:2001/AC:2002	18/01/2011		

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

Cenelec	EN 60645-1:2001 Electroacoustics - Audiological equipment - Part 1: Pure-tone audiometers<="" p="">	13/12/2002	EN 60645-1:1994 Note 2.1	01/10/2004
---------	--	------------	---------------------------------	------------

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

Cenelec	EN 60645-2:1997 Audiometers - Part 2: Equipment for speech audiometry<="" p="">	17/05/1997		
---------	--	------------	--	--

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

Cenelec	EN 60645-3:2007 Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 3: Test signals of short duration<="" p="">	27/11/2008	EN 60645-3:1995 Note 2.1	01/06/2010
---------	--	------------	---------------------------------	------------

(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندسی مولی	مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دکناروند

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی			عنوان	
		تاریخ شروع اجراء	QU-WI-13	شماره
		تاریخ اعتبار	1	شماره بازنگری
Cenelec	EN 60645-4:1995 Audiometers - Part 4: Equipment for extended high- frequency audiometry<="" p="">	23/08/1996		
(*) : This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.				
Cenelec	EN 61217:2012 Radiotherapy equipment - Coordinates, movements and scales<="" p="">	30/08/2012	EN 61217:1996 + A1:2001 + A2:2008 Note 2.1	11/01/2015
Cenelec	EN 61676:2002 Medical electrical equipment - Dosimetric instruments used for non-invasive measurement of X-ray tube voltage in diagnostic radiology<="" p="">	15/10/2003		
	EN 61676:2002/A1:2009 IEC 61676:2002/A1:2008	07/07/2010	Note 3	01/03/2012
(*) : This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.				
Cenelec	EN 62083:2009 Medical electrical equipment - Requirements for the safety of radiotherapy treatment planning systems<="" p="">	18/01/2011	EN 62083:2001 Note 2.1	01/11/2012
(*) : This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.				

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر سول دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس بولی
---	--	---

شماره: شماره

تاریخ: تاریخ

پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره تجهیزات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی			عنوان
شماره	QU-WI-13	تاریخ شروع اجراء	
شماره بازنگری	1	تاریخ اعتبار	
Cenelec	EN 62220-1:2004 Medical electrical equipment - Characteristics of digital X- ray imaging devices - Part 1: Determination of the detective quantum efficiency<="" p="">	24/06/2004	
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.			
Cenelec	EN 62220-1-2:2007 Medical electrical equipment - Characteristics of digital X- ray imaging devices - Part 1-2: Determination of the detective quantum efficiency - Detectors used in mammography<="" p="">	27/11/2008	
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.			
Cenelec	EN 62220-1-3:2008 Medical electrical equipment - Characteristics of digital X- ray imaging devices - Part 1-3: Determination of the detective quantum efficiency - Detectors used in dynamic imaging<="" p="">	15/07/2009	
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.			
Cenelec	EN 62304:2006 Medical device software - Software life-cycle processes<="" p="">	27/11/2008	

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس تولی
--	--	---

شماره: شماره

تاریخ: تاریخ

پیوست: پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره تجهیزات پزشکی

لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی			عنوان	
تاریخ شروع اجراء		QU-WI-13	شماره	
تاریخ اعتبار		1	شماره بازنگری	
EN 62304:2006/AC:2008		18/01/2011		
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.				
Cenelec	EN 62366:2008 Medical devices - Application of usability engineering to medical devices<="" p="">	27/11/2008		
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.				
Cenelec	EN 80601-2-35:2009 Medical electrical equipment - Part 2-35: Particular requirements for the basic safety and essential performance of heating devices using blankets, pads and mattresses and intended for heating in medical use<="" p="">	18/01/2011	EN 60601-2-35:1996 <u>Note 2.1</u>	01/11/2012
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.				
Cenelec	EN 80601-2-58:2009 Medical electrical equipment - Part 2-58: Particular requirements for the basic safety and essential performance of lens removal devices and vitrectomy devices for ophthalmic surgery<="" p="">	07/07/2010		
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.				

تصویب کننده	تأیید کننده	تهیه کننده
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو چکتر رسول دیناروند	مدیر کل نظارت و ابرازی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	رئیس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس تولی

شماره: شماره
تاریخ: تاریخ
پیوست: پیوست



عنوان		لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی	
شماره	QU-WI-13	تاریخ شروع اجراء	
شماره بازنگری	1	تاریخ اعتبار	
		Cenelec	EN 80601-2-59:2009 Medical electrical equipment - Part 2-59: Particular requirements for the basic safety and essential performance of screening thermographs for human febrile temperature screening<="" p="">
		18/01/2011	
(*): This European Standard does not necessarily cover the requirements introduced by Directive 2007/47/EC.			

تصویب کننده معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو کاکهر رسول دیناروند	تایید کننده مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس صفوی	تهیه کننده رئیس مرکز مدیریت اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی مهندس تولی
---	--	---